



Sistema Socio Sanitario  
Regione  
Lombardia

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, SUDDIVISA IN 2 LOTTI, DI MONITOR DEFIBRILLATORI E DEFIBRILLATORI (LOTTO 1) E MONITOR MULTIPARAMETRICI (LOTTO 2) CON MANUTENZIONE FULL RISK PER UN PERIODO DI 9 ANNI**

**VERBALE QUESITI**

Come previsto nel disciplinare della procedura in oggetto, gli operatori economici hanno trasmesso le proprie richieste di chiarimento utilizzando la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. Il presente documento contiene tutte le risposte ai chiarimenti richiesti dalle imprese.

N.	QUESITI	RISPOSTE
1	<b>1a</b> Riguardo alla richiesta indicata nel file "CSA_NOLEGGIO MONITOR_DAE_MONITOR MULTIPARAMETRICI" a pagina 6, "Utilizzo di piastre monouso adesive", si chiede se i defibrillatori offerti debbano essere dotati anche di piastre rigide riutilizzabili (Adu/Ped), oppure se sia sufficiente offrire solo le piastre monouso adesive.	<b>1a</b> Non sono richieste le piastre rigide riutilizzabili. <b>1b</b> A livello di campionatura non è necessario che sia attiva la comunicazione. Tale sistema dovrà essere descritto dettagliatamente all'interno della busta tecnica e, in caso di aggiudicazione, dovrà essere pienamente funzionante prima della messa in servizio delle apparecchiature, pena il mancato collaudo e la conseguente mancata attivazione del contratto nel suo complesso.

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza  
Via a. Campanini 6, 20124 Milano \ CF e P.Iva 11513540960  
T 02.67129001 - F 02.67129002 \ M protocollo@pec.areu.lombardia.it  
[www.areu.lombardia.it](http://www.areu.lombardia.it)





Sistema Socio Sanitario  
Regione Lombardia

<p><b>1b</b></p> <p>In merito alla richiesta di campionatura, si chiede se sia necessario inviare solo il defibrillatore offerto o se sia necessario effettuare il test di comunicazione. Nel caso in cui si debba effettuare il test di comunicazione, si chiede se AREU possa mettere a disposizione una macchina virtuale sulla quale installare il sistema server di comunicazione con il defibrillatore sul territorio ed una seconda macchina virtuale sulla quale installare il web server per la revisione remota dei dati.</p>	
<p>2</p> <p>Si richiede se i dispositivi richiesti sia nel lotto 1 che nel lotto 2 devono essere conformi alla EN1789 per l'utilizzo sui mezzi di soccorso.</p> <p>In riferimento alla suddetta norma che richiede che i dispositivi a bordo del mezzo devono essere ancorati al mezzo stesso tramite supporti 10G, non avendone trovato menzione nel</p>	<p>L'eventuale fornitura di stativi di supporto 10G non è compresa nella procedura in essere.</p>

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza  
Via a. Campanini 6, 20124 Milano \ CF e P.Iva 11513540960  
T 02.67129001 - F 02.67129002 \ M protocollo@pec.areu.lombardia.it  
[www.areu.lombardia.it](http://www.areu.lombardia.it)





Sistema Socio Sanitario  
Regione  
Lombardia

capitolato, si chiede se per il Monitor defibrillatore del Lotto 1 e per il monitor del lotto 2 questi dovranno essere forniti.	
---	--

Milano, 20.02.2023

**Il Direttore della S.C. Gestione degli Approvvigionamenti**

Eleonora Zucchinali

**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza**  
Via a. Campanini 6, 20124 Milano \ CF e P. Iva 11513540960  
T 02.67129001 - F 02.67129002 \ M protocollo@pec.areu.lombardia.it  
[www.areu.lombardia.it](http://www.areu.lombardia.it)

