



RISPOSTE A CHIARIMENTI DEL 21 MAGGIO 2012

Quesito ID 45.579.899 del 18.05.2012

Potete confermare che la decorrenza dell'assistenza full risk per 5 anni è da intendersi sovrapposta al periodo di garanzia di 5 anni?

Risposta al Quesito ID 45.579.899 del 18.05.2012

Nell'importo di acquisizione dell'apparecchiatura dovrà essere compreso ogni onere di gestione per 5 anni dal momento della fornitura. Pertanto non si può parlare propriamente di garanzia (che copre semplicemente i difetti di fabbricazione) né di contratto di manutenzione. Ogni esigenza che dovesse scaturire nell'arco dei 5 anni (escluso l'utilizzo dell'apparecchiatura o le circostanze espressamente escluse nel capitolato) devono essere ricomprese nel costo presentato in offerta. La garanzia e la manutenzione full-risk, pertanto, si sovrappongono nel medesimo periodo unitamente con il costo delle piastre all'atto della scadenza.

Quesito ID 45.592.114 del 21.05.2012

Con riferimento agli allegati "Dettaglio prezzi unitari offerti", si chiede se il prezzo del defibrillatore può essere inclusivo del prezzo di tutto il materiale per il fabbisogno di 5 anni : - Defibrillatore + Piastre adulti per 5 anni + piastre pediatriche per 5 anni + batterie + manutenzione full risk + licenze software - E quindi nelle voci piastre adulti per 5 anni, piastre pediatriche 5 anni ecc. il costo indicato sarà 0 Inoltre, per procedere all'eventuale subappalto, si chiede se è sufficiente in fase di gara compilare l'allegato 1, punto 37b, indicando il tipo di fornitura o attività che subappalteremo

Risposta al Quesito ID 45.592.114 del 21.05.2012

L'allegato dettaglio prezzi unitari deve essere compilato in ogni sua parte, pertanto deve essere dettagliato, singolarmente come richiesto, il costo di tutti i "componenti" in esso elencati: lo scopo della scheda di dettaglio è appunto quello di avere i singoli costi. In merito alla dichiarazione di subappalto è sufficiente compilare l'allegato 1 specificando dettagliatamente, come in esso indicato, le attività che si intendono subappaltare, sempre nel rispetto dei vincoli e dei limiti dell'art. 118, come previsto nella autocertificazione dell'allegato 1 citato.

AVVISO I SEDUTA PUBBLICA

Si rende noto come pubblicato nell'avviso GUUE di modifica dei termini di scadenza, che il giorno 05.06.2012 alle ore 10.00, si terrà, presso la sede di AREU in Via Campanini 6 a Milano, la seduta pubblica di apertura dei plichi telematici e dei plichi del campionario presentato.

Milano, 21 maggio 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.to (Dr.ssa Eleonora Zucchinali)

Struttura Complessa Gestione degli Approvvigionamenti

Il responsabile del Procedimento:

Eleonora Zucchinali – 02/67129060 – e.zucchinali@areu.lombardia.it

Azienda Regionale Emergenza Urgenza – Via A. Campanini 6 – 20124 Milano

Tel. 02.671291 – Telefax 02.67129002 – cod.fisc. e P. IVA 03128170135 direzione.generale@areu.lombardia.it

www.areu.lombardia.it