

PROCEDURA CONCORSALE "APERTA" MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA A NOLEGGIO IN DUE LOTTI DI MONITOR DEFIBRILLATORI - DAE E MONITOR PARAMETRI VITALI E SERVIZI CONNESSI PER LA DURATA DI NOVE ANNI.

Codice identificativo Gara (CIG)

LOTTO 1: 696486111F

LOTTO 2: 696487088A

RICHIESTA PROT. SINTEL N. ID 84.645.312 DEL 03.04.2017

1. Nel Capitolato speciale a pagina 13, articolo 3.1, Lotto 2, tra le caratteristiche minimali chiedete che l'apparecchiatura fornita sia "adatta all'utilizzo extraospedaliero e su mezzi di soccorso". Questo significa che lo strumento deve avere le certificazioni per l'utilizzo sui mezzi di soccorso?
2. Nel Lotto 1 chiediamo se la dotazione deve veramente prevedere anche le piastre rigide
3. Nell'allegato 7 viene chiesto di quantificare il costo delle piastre di defibrillazione per una quantità di 5000 pz. annui senza specificare adulti e pediatriche. Potete specificare in che rapporto sono?
4. Negli Allegati 7 e 7bis si chiede di indicare gli oneri per la sicurezza propri dell'impresa, che devono essere diversi da 0,00 €. Anche nel portale SINTEL è richiesto di indicarli, ma in fase di inserimento dell'offerta l'importo risulta dover essere tassativamente uguale o maggiore di € 5.850,00. Chiediamo conferma pertanto delle seguenti affermazioni:
 - 1) l'importo da indicare sugli allegati 7 e 7bis come oneri per la sicurezza propri dell'impresa è pari solamente ai costi propri dell'impresa
 - 2) invece l'importo che va indicato sul portale SINTEL corrisponde alla somma degli oneri per la sicurezza propri dell'impresa + gli oneri per la sicurezza per rischio di interferenza quantificati in € 5.850,00
 - 3) la base d'asta per ogni lotto risulterà pertanto l'importo complessivo massimo (3.500.000 € e 800.000 €) al netto della somma dei due costi indicati sopra
5. Nelle caratteristiche minimali da voi indicate nel lotto 1 del capitolato speciale precisate la presenza della stampante, questa deve essere obbligatoriamente integrata nello strumento?
6. Nel documento di integrazione al disciplinare di gara pubblicato il 28/3, relativo alla richiesta di campionatura (pag.2), abbiamo riscontrato che l'elenco puntato degli item inseriti nel Lotto 2 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) non corrisponde a quanto indicato in fondo alla medesima pagina, dove invece viene riportato correttamente l'elenco puntato del lotto 1, ma vengono citati i punti 2.2, 2.3, 2.4 che non appartengono a nessun lotto e per i quali non vi è nessun riferimento. Potete confermarci che i campioni relativi al Lotto 2 dovranno essere denominati: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4?
7. In merito all'allegato 1 (DGUE e dichiarazioni di partecipazione), siamo a chiedervi il seguente chiarimento relativo al punto 10, comma a): se l'operatore economico vuole dichiarare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, ci confermate che deve barrare la frase "non sono stati condannati con sentenza....."?
8. In merito al punto b) della tabella a pag. 8 del nuovo disciplinare di gara (Dichiarazione resa automaticamente dalla piattaforma SINTEL di accettazione della lettera di invito e Capitolato Speciale), siamo a chiedervi se il file che dobbiamo allegare è il file che viene automaticamente generato da SINTEL e che si

chiama "Autocertificazione ai sensi e per tutti gli effetti degli art. 38, 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000"?

9. Vi informiamo che alla data del 03/04/17, i codici CIG non sono ancora disponibili per il pagamento sul sito dell'ANAC.
10. In merito al punto h), della tabella a pagine 12 del nuovo disciplinare (Dichiarazione di tutti i soggetti così come individuati dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016), siamo a chiedere se è sufficiente la compilazione dell'allegato 1 da parte del solo rappresentante legale, per ritenerlo valido anche in nome e per conto degli altri soggetti (ad. esempio altri amministratori delegati).

RISPOSTA QUESITI PROT. SINTEL N. 84.645.312 DEL 03.04.2017

1. Il sistema di monitoraggio proposto non deve avere certificazioni specifiche come da voi richiesto, ma deve, come richiesto dai requisiti minimi, essere idoneo al tipo di lavoro effettuato dagli operatori dell'emergenza urgenza.
2. Se previste come accessorio, **devono essere fornite** pena esclusione dalla procedura.
3. Si precisa che la distribuzione di utilizzo delle piastre indicativamente sarà 4700 Adulto 300 Pediatriche all'anno. Si provvede pertanto ad allegare alla presente comunicazione di chiarimenti l'allegato 7 suddiviso nei due quantitativi.
4. Di seguito le risposte per ogni sotto richiesta:
 - 1) Sì, negli allegati 7 e 7bis vanno dichiarati gli oneri propri della sicurezza che quindi l'impresa sosterrà al suo interno per l'effettuazione della presente fornitura; l'importo indicato per ciascun lotto pari ad € Lotto 1 € 5.850,00 e Lotto 2 € 5.850,00 si riferiscono agli oneri quantificati da AREU per il rischio da interferenza
 - 2) Nella piattaforma Sintel vanno caricati solo gli oneri da rischio d'interferenza cioè quelli che non possono essere soggetti a ribasso come indicato in piattaforma; gli oneri propri si intendono ricompresi nella formulazione dell'offerta economica quindi nel campo in cui si inserisce l'offerta economica;
 - 3) I prezzi a base d'asta sono lordi quindi non possono essere superabili nel complesso (la piattaforma segnala se si va oltre la base d'asta), ciò significa che nel campo dell'offerta economica **non si potrà inserire rispettivamente un valore superiore a:**

lotto 1: campo offerta economica € 3.494.150,00 (inserire in questo campo la propria offerta totale **COMPENSIVA DEGLI ONERI PROPRI DELLA SICUREZZA**)–

campo Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso: € 5850 (come calcolato da AREU – valore fisso da inserire)

importo complessivo non superabile € 3.500.000,00 + IVA

quindi il partecipante dovrà fare attenzione che la somma di tali due valori non superi € 3.500.000,00 +IVA pena esclusione dalla procedura

lotto 2: campo offerta economica € 794.150,00(inserire in questo campo la propria offerta totale **COMPENSIVA DEGLI ONERI PROPRI DELLA SICUREZZA**)–

campo Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso: € 5850 (come calcolato da AREU – valore fisso da inserire)

importo complessivo non superabile 800.000,00 + IVA

quindi il partecipante dovrà fare attenzione che la somma di tali due valori non superi € 800.000,00 +IVA pena esclusione dalla procedura

5. Il sistema di monitoraggio proposto non deve aver obbligatoriamente integrata la stampante.
6. Per un mero errore materiale l'elenco del lotto 2 è stato indicato come 3.1-3.2-3.3-3.4, in realtà il corretto elenco da inserire nella campionatura e per contraddistinguere gli item è:

Lotto 2 ciascun Item inserito nel plico dovrà essere contraddistinto con il codice sotto riportato (es. Monitor – codice 3.1 e così via...)

2.1 n.1 Monitor multi-parametrico completo di batterie, custodia e tutto il necessario per l'utilizzo operativo sui mezzi di soccorso extra-territoriale

2.2 n.1 Set Cavetteria completa per la misurazione dei parametri richiesti a capitolato e/o comunque proposti;

2.3 Eventuale Carica-batterie Monitor e/o batterie di scorta e/o cavi esterni di alimentazione ricarica;

2.4 Eventuale Software di scaricamento dati/visualizzazione storico eventi;

conseguentemente quindi a tale elenco si applicano le disposizioni dei chiarimenti del 28.03.2017 che per completezza si riportano di seguito:

“Qualora nel corso della verifica (in seduta pubblica) della campionatura così presentata dovessero mancare uno o più degli item a supporto sopra elencati e codificati (1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.8-1.9-1.10-2.2-2.3-2.4, si consentirà all'impresa di farli pervenire ad AREU sempre in plico chiuso entro e non oltre 5 giorni, se non procederà entro tali termini la ditta verrà esclusa dalla procedura. In ogni caso qualora dovessero mancare le apparecchiature la ditta si riterrà automaticamente esclusa. SE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI SCADENZA SOPRA RIPORTATO (H 12.00 DEL 21.04.2017) NON DOVESSE ESSERE CONSEGNATO IL PLICO DELLA CAMPIONATURA, LA SOCIETA' PARTECIPANTE SI INTENDERA' ESCLUSA.”

7. Si conferma che per quanto attiene la lettera a) dell'art. 10 l'interpretazione è corretta limitatamente alla dichiarazione contenuta in tale lettera a); gli offerenti dovranno chiaramente compilare anche tutte le successive dichiarazioni, oltre alla citata lettera a), dalla lettera b) alla lettera p) dell'art. 10, nonché tutte le dichiarazioni contenute nell'allegato 1 barrando le dichiarazioni che non interessano, a titolo di esempio:

se tutti i soggetti interessati “non sono stati contattati...” dovrà procedere come segue

- non sono stati condannati **con sentenza definitiva** o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10;
- ~~con sentenza definitiva~~ o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10, pertanto si indicano di seguito:

etc.....

ovviamente nel caso in cui ricorrano entrambe le condizioni dovranno essere compilati tutti i campi etc...

8. In merito al punto b) della tabella pag. 8, si rende noto che si tratta di una dichiarazione vincolata a risposta singola che il fornitore dovrà compilare direttamente sulla piattaforma sintel all'atto della compilazione della documentazione amministrativa (menù a tendina sì/no auto compilato con sì).
9. Si rende noto che i CIG sono stati perfezionati per permettere il versamento.
10. A tal proposito si rende noto che è sufficiente la compilazione dell'allegato 1 da parte del legale rappresentante in nome e per conto degli altri soggetti; a tal proposito si indicata l'art. 10 del citato allegato 1 nel quale il legale rappresentante effettua dichiarazioni in nome e per conto dei soggetti che elenca. La stazione appaltante potrà procedere anche in corso di gara alla verifica delle dichiarazioni così rese. Ovviamente nel caso in cui non si tratti di un operatore singolo ma di un raggruppamento/consorzio etc...ciascuna società aderente dovrà compilare l'allegato 1 indicando il proprio ruolo.

RICHIESTA PROT. SINTEL N. ID 84.709.025 DEL 05.04.2017

1. **N.1 ? LOTTO 1 ? DISPOSITIVI DAE ?** **Risulta di difficile quantificazione il numero totale di Batterie non ricaricabili che dovranno essere fornite all'interno del canone di noleggio per tutto il periodo contrattuale (9 anni), non avendo a disposizione dati relativi ad un utilizzo medio delle apparecchiature. Se l'apparecchiatura lo permette, è ipotizzabile fornire batterie ricaricabili corredate di apposito carica batterie (una più una di scorta) oppure occorre obbligatoriamente prevedere batterie non ricaricabili? In questo secondo caso è possibile avere dati medi di utilizzo stimato per quantificare le batterie necessarie?**
2. **N.1 ? LOTTO 1 E LOTTO 2 ?** **si chiede di confermare la possibilità per la medesima azienda di partecipare in RTI ad un lotto (LOTTO 2) e singolarmente all'altro lotto (LOTTO 1). In questo caso la documentazione amministrativa deve essere inserita due volte, una per il LOTTO 1 (come singola azienda) e una per il LOTTO 2 (come RTI)?**

RISPOSTA PROT. SINTEL N. ID 84.709.025 DEL 05.04.2017

1. Si ipotizza di utilizzare tali apparecchiature per un numero di: eventi(USO_DAE)/macchina(DAE)/anno(1) inferiore a 4.
E' possibile proporre delle batterie ricaricabili dotate di apposito carica batterie, purché il carica batteria non debba essere collegato direttamente al DAE e sia presente una batteria di scorta aggiuntiva.
Si ipotizza di utilizzare tali apparecchiature per un numero di: eventi(USO_DAE)/macchina(DAE)/anno(1) inferiore a 4.
2. Si conferma che è possibile partecipare al lotto 1 singolarmente ed al lotto 2 in RTI o viceversa, chiaramente la partecipazione con tali modalità non deve creare alcuna forma di conflitto di interessi ovvero offerte che, seppur distinte, una volta verificate possano ricondursi al medesimo centro decisionale in violazione delle disposizioni dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; in tali circostanze, dato il diverso assetto, dovranno essere presentate due distinte offerte quindi nel primo caso la società si iscriverà alla piattaforma e presenterà offerta come singolo partecipante presentando tutta la documentazione di gara da singolo (amministrativo – tecnica – economica) nel secondo caso dovrà presentare iscrizione a Sintel come RTI e presenterà in RTI la documentazione di gara (amministrativo – tecnica – economica) perché il soggetto proponente è diverso.

Si potrebbe presentare un'unica busta amministrativa e differenti buste economiche e tecniche solo se il soggetto rimanesse immutato; nel caso prospettato il soggetto partecipante è sostanzialmente differente.

In tal caso valgono i divieti di norma, ovverosia se è stata presentata offerta come singolo/inRTI, non potrà essere presentata offerta in RTI anche per lotto diverso con un soggetto che ha presentato offerta singola/in RTI nel medesimo lotto seppur con soggetti diversi e così via (ES. SOCIETA' "A" partecipa al lotto 1 singolarmente o in RTI con altra società mentre SOCIETA' "B" partecipa al lotto 1 singolarmente o in RTI con altra società e poi partecipano al lotto 2 in RTI fra loro: situazione NON AMMESSA; se invece partecipassero **ad entrambi i lotti** sempre come medesimo RTI "A+B": SITUAZIONE AMMESSA; ulteriormente se SOCIETA' "A" partecipa come singolo/RTI al lotto 1 e poi per il lotto 2 si presenta in RTI con SOCIETA' "B" – **che non ha partecipato in alcuna configurazione (singolo o rti etc...) al lotto 1 né al lotto 2:** situazione AMMESSA e così via); il principio che deve essere rispettato è quello secondo cui se due soggetti **fossero in competizione** per un lotto (a cui partecipano sia in forma singola che in rti etc...) non potrebbero presentare insieme offerta per un altro lotto configurandosi inevitabilmente un conflitto di interessi e venendo meno sostanzialmente la loro imparzialità.

Si rimanda comunque alle disposizioni dell'art. 5 del Disciplinare di gara.

RICHIESTA PROT. SINTEL N. ID 84.745.112 DEL 06.04.2017

Si chiede di specificare i seguenti punti: - come suddividere il fabbisogno di 5000 piastre monouso tra Monitor/Defibrillatore e DAE, adulto e pediatrico per entrambe le tipologie; - se 5000 piastre monouso e 3000 sensori ETCO2 rappresentino il fabbisogno totale per 9 anni oppure un fabbisogno annuo.

RISPOSTA PROT. SINTEL N. ID ID 84.745.112 DEL 06.04.2017

1. Per il fabbisogno di piastre si rimanda alla risposta n. 3 del quesito del 03.04.2017, sopra riportato.
2. Si indica che il consumo presunto indicato è annuo. Quindi $5000 \times 9 = 45000$ Piastre presunte in 9 anni e $3000 \times 9 = 27000$ Sensori ETCO2 in 9 anni

Si pubblica insieme alla presente la versione aggiornata dell'allegato 7 con la distinzione dei quantitativi fra adulti e pediatrici.

Milano 06.04.2017

(f.ta digitalmentesensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Eleonora Zucchinalli