



**PROCEDURA CONCORSUALE “APERTA” MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA DI N. 18 AMBULANZE DI TIPO A DA SOCCORSO E SERVIZI DI MANUTENZIONE CONNESSI.**

**Codice identificativo Gara (CIG): 7092375CFD**

#### **RISPOSTE A CHIARIMENTI**

##### **QUESITO ID 87.145.818 DEL 28.06.2017**

**Oggetto: bloccaggio barella Medirol Italia Mod. ROLFIX F102**

**E' possibile utilizzare un diverso bloccaggio certificato EN1789 10G. sul quale possono essere trasferite le barelle Medirol in Vs. possesso?**

##### **RISPOSTA QUESITO ID 87.145.818 DEL 28.06.2017**

L'individuazione e l'indicazione in gara di uno specifico sistema di bloccaggio barella, è legato alla necessita di rendere interoperabile le barelle trasporto persone e le barelle per il trasporto di termoculle da un veicolo all'altro dei mezzi in possesso di AREU.

Risulta quindi necessario che le barelle in nostro possesso possano essere agganciate sui piani barella da voi proposti, ma risulta anche necessario e fondamentale che le barelle da voi proposte si aggancino in sicurezza ai piani barella da noi oggi usati (rolfix f102).

Se i costruttori dei ganci barella (quello da voi proposto, e quello Medirol) **garantiscono e certificano formalmente** le possibilità di utilizzo sopra descritte (gancio->barella e barella->gancio) risulta allora possibile l'utilizzo di un sistema di bloccaggio alternativo e quindi la vostra offerta potrà essere considerata accettabile.

Milano 29.06.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Eleonora Zucchinali

(Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)