

Procedura concorsuale aperta mediante piattaforma Sintel per la fornitura a noleggio in due lotti di monitor defibrillatori – DAE e monitor parametri vitali e servizi connessi per la durata di nove anni

Riunione della Commissione giudicatrice

Verbale n. 1

Il giorno 16 maggio 2023 alle ore 10.00 si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con Delibera del Direttore Generale, n. 91 del 4 aprile 2023 e così composta:

ing. Alex Zambroni	presidente
dr. Gianluca Marconi	componente
geom. Moira Plona	componente

La commissione dà lettura delle specifiche tecniche minimali e dei criteri previsti dal capitolato speciale e dal disciplinare per l'attribuzione sei punteggi tecnici in entrambi i lotti.

Viene stabilito all'unanimità che per l'attribuzione dei punteggi si utilizzerà la seguente procedura:

- ✓ le voci che prevedono un punteggio matematico proporzionale, riferito a valori o indici calcolati o misurati, verranno definite automaticamente in base a rilevazioni e misure strumentali; nei verbali della commissione si riporteranno tali indici e i coefficienti conseguenti, mentre le misure strumentali verranno riportate in appositi allegati tecnici;
- ✓ i punteggi delle voci tabellari verranno attribuiti direttamente in base alle specifiche dichiarate;
- ✓ le voci che prevedono un giudizio discrezionale verranno definite calcolando la media aritmetica delle votazioni espresse da ogni membro.

La commissione procede con la valutazione dell'ammissibilità tecnica delle offerte. Dalle documentazioni presentate, tutte i progetti di servizio e le apparecchiature proposte rispondono alle caratteristiche minimali di cui al Capitolato Speciale. Si rileva tuttavia, così come peraltro già emerso in sede amministrativa, la mancanza della campionatura per lotto 2 dell'offerta Sago Medica, che per questo è stata ammessa con riserva. La ditta ha presentato una dichiarazione di equivalenza della campionatura, ritenendo che sia ugualmente possibile procedere con la valutazione in quanto l'apparecchiatura consegnata (monitor defibrillatore) presenta le stesse caratteristiche del monitor con la sola aggiunta della parte di defibrillazione.

La commissione, esaminata la documentazione tecnica e l'apparecchiatura stessa, conferma la dichiarazione della ditta e trasmette il presente verbale al RUP al fine di procedere con lo scioglimento della riserva.

Per completezza di informazioni, la Commissione rileva altresì che anche per l'altra offerta presentata per il lotto 2 (Zoll) il monitor multiparametrico ha le stesse caratteristiche del monitor defibrillatore, a meno della sezione di defibrillazione, e quindi si sarebbe potuto procedere allo stesso modo. La ditta, tuttavia, ha regolarmente consegnato la campionatura completa.

Alle ore 12.30 il presidente sospende la seduta prevedendo la riconvocazione della Commissione a data da destinarsi in funzione della comunicazione di scioglimento della riserva da parte del RUP.

Letto, confermato e sottoscritto

Alex Zambroni

Gianluca Marconi

Moira Plona

