



Sistema Socio Sanitario
Regione
Lombardia

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, SUDDIVISA IN 2 LOTTI, DI MONITOR DEFIBRILLATORI E DEFIBRILLATORI (LOTTO 1) E MONITOR MULTIPARAMETRICI (LOTTO 2) CON MANUTENZIONE FULL RISK PER UN PERIODO DI 9 ANNI

VERBALE QUESITI

Come previsto nel disciplinare della procedura in oggetto, gli operatori economici hanno trasmesso le proprie richieste di chiarimento utilizzando la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. Il presente documento contiene tutte le risposte ai chiarimenti richiesti dalle imprese.

N.	QUESITI	RISPOSTE
1	Si chiede di specificare quanti ecg annui a macchina sono considerati al fine di calcolare il numero di rotoli di carta	Per ogni monitor si possono stimare circa 1.000 tracciati annui.
2	Si chiede di specificare se 1800 elettrodi sono da intendersi solo piastre adulte.	Si conferma, sono da considerare piastre da adulto.

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Via a. Campanini 6, 20124 Milano \ CF e P. Iva 11513540960
T 02.67129001 - F 02.67129002 \ M protocollo@pec.areu.lombardia.it
www.areu.lombardia.it



<p>3</p> <p>In merito alla campionatura richiesta nel file "Disciplinare_NOLEGGIO_MONITOR_DAE_MONITOR_MULTIPARAMETRICI" a pagina 28, essendo distributori di prodotti provenienti dalla Cina, visto la recrudescenza della pandemia ed il conseguente blocco dei porti e delle merci negli scali aeroportuali, ritenendo di avere un nuovo prodotto di altissima fascia, tecnologicamente innovativo, si richianda una proroga nei termini di consegna della campionatura di almeno 15 giorni o in alternativa, una proroga nei termini di presentazione dell'offerta ai fini di poter avere un'ampia scelta per consentire alla stazione appaltante di poter effettuare una corretta valutazione della tecnologia odierna e garantire la più ampia partecipazione di tutti gli operatori economici.</p>	<p>Tenuto conto della situazione attuale e contingente rappresentata, si ritiene di poter prorogare il termine per la presentazione delle offerte.</p> <p>Il nuovo termine è fissato alle ore 14.00 del 10.03.2023.</p> <p>La prima seduta pubblica online è fissata alle ore 15.00 del 10.03.2023.</p> <p>Il nuovo termine per la richiesta di chiarimenti è il 20.02.2023 ore 12.00 e le risposte ai chiarimenti verranno pubblicate entro le ore 16.00 del 21.02.2023.</p>
--	--

4	<p>In merito alla richiesta indicata nel file "CSA_NOLEGGIO MONITOR_DAE_MONITOR MULTIPARAMETRICI" a pagina 7, "Trasmissione del tracciato ECG a 12 derivazioni (con registrazione e visualizzazione di 10s su ogni traccia) in formato pdf, con collegamento del tracciato al record della missione nel software di gestione degli eventi presso la Sala Operativa di riferimento", si richiede di indicare il software di gestione degli eventi utilizzato presso la Sala Operativa di riferimento, e di specificare la modalità di ricezione del file pdf. Si richiede inoltre di specificare il numero di sale Operative di riferimento nel quale bisognerà visualizzare i tracciati a 12 derivazioni.</p> <p>L'applicativo utilizzato nelle sale operative è Emma di Beta80; le modalità di ricezione sono diverse; tra queste l'invio del file pdf nominato opportunamente tramite FTP a una cartella specifica dalla quale l'applicativo Emma recupera il file; il tracciato potrà essere visualizzato in tutte e 4 le sale operative, anche se prevalentemente nelle SOREU Alpina e Pianura.</p>
---	---

5	con la presente siamo a richiedere quanto segue:				
	- al fine di corrispondere in maniera corretta alle richieste del capitolato, si chiede cortesemente di indicare per ogni dispositivo offerto:	Di seguito si riporta il quantitativo di materiale accessorio e consumabile compreso nel canone di noleggio/service per ogni apparecchiatura in uso. Sono escluse le apparecchiature di back-up, per le quali non sono previste dotazioni di serie o scorte.			
	- il totale degli accessori e dei consumabili che compongono la fornitura iniziale e la scorta.			n.	
	- i totali per 9 anni di ciascun accessorio e consumabile.			Completivo	
	Si prega di specificare le quantità sia per le 25 macchine sia per i 5 backup.				
	Nelle richieste c'è la funzionalità di "streaming": la relativa documentazione è da fornire in fase di collaudo?				
	Si richiede una stima del numero di				
		bracciali PA pediatrici	Dotazione	Scorta	n.
		bracciale PA adulto normopeso	1	1	2
		bracciale PA adulto bariatrico	1	1	9
	cavo ECG completo (precordiale + periferico)	1	1	4	
	cavi SpO2 completo di sensore e prolunga	1	1	9	
	cavo terapia	1	0,5 *	9	
	Modem (solo in caso di modem esterno per la trasmissione)	1	0	4	
	Borsa	1	0	3	
	Elettrodi (Placche) adulto x monitor defibrillatore	30	0	4	
	Elettrodi (Placche) pediatrici x monitor defibrillatore	4	0	0	
	Rotoli carta	10	0	0	
	Sensori etCO2	50	0	0	

ECG mensili o il numero dei rotoli di carta, al fine di poter calcolare la quantità da fornire.	Sensori SpO2 monouso pediatrici	20	0	0
	Sensori SpO2 monouso neonatali	20	0	0
	Elettrodi (Placche) adulto x DAE	2 **	0	0
	Elettrodi (Placche) pediatrici x DAE	1 **	0	0
	Batteria DAE	1	1	0
<p>* La scorta in questo caso prevede un cavo ogni 2 apparecchiature, da consegnare alla AAT di riferimento</p> <p>** Solo se non compatibili con quelli dei monitor defibrillatori, altrimenti 0</p> <p>Le batterie del monitor defibrillatore dovranno essere in numero tale da garantire un monitoraggio continuo completo (ECG, NIBP ogni 10 minuti, saturimetria, capnografia) per almeno 5 ore. Non viene indicato un numero perché questo dipende dalle caratteristiche proprie delle batterie in dotazione.</p> <p>La documentazione relativa alla modalità di accesso allo streaming devono essere indicate già in sede di offerta. In fase di collaudo lo streaming dovrà essere utilizzabile.</p> <p>Il numero di tracciati ECG stimabile per ogni apparecchiatura in uso è di 1.000 annui. Il numero di rotoli di carta dipenderà dalle caratteristiche del tracciato e dalla quantità di carta contenuta in ogni rotolo.</p>				



Milano, 03.02.2023

Il Direttore della S.C. Gestione degli Approvvigionamenti

Eleonora Zucchinalli

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Via a. Campanini 6, 20124 Milano \ CF e P. Iva 11513540960
T 02.67129001 - F 02.67129002 \ M protocollo@pec.areu.lombardia.it
www.areu.lombardia.it

