

**PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA
SINTEL PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 35 MASSAGGIATORI CARDIACI
AUTOMATICI COMPRENSIVI DI ACCESSORI, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
FULL RISK E RELATIVI CONSUMABILI PER 96 MESI**

Facendo seguito a precedente comunicazione del 29/10/2025 relativa alla sospensione della procedura di cui in oggetto, resasi necessaria a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, si comunica che i documenti di gara sono stati sottoposti a revisione.

Con la presente, pertanto, la Stazione Appaltante comunica che il Disciplinare di Gara e il Capitolato Speciale d'Appalto vengono ripubblicati.

Si rende altresì noto che, come stabilito da ANAC, le modifiche apportate e la ripubblicazione dei documenti comportano la riapertura dei termini di partecipazione e delle scadenze relative a tutte le fasi della procedura.

I nuovi documenti sono disponibili a partire dalla data odierna, 22/12/2025, nella sezione dedicata di Sintel, nonché al seguente indirizzo:<https://www.areu.lombardia.it/web/home/bandi-di-gara-e-contratti>.

Si invitano pertanto tutti i concorrenti e potenziali interessati a prendere visione dei documenti aggiornati.

Si comunica altresì che i termini per la presentazione di richieste di chiarimenti sono posticipati al giorno 14/01/2026 ore 16:00 e che le risposte a tali richieste, che andranno ad integrare la *lex specialis* di gara, verranno pubblicate entro il 16/01/2026 ore 16:00.

La nuova scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno 23/01/2026 alle ore 14:00.

Di seguito, si pubblicano infine le risposte alle richieste di chiarimento già trasmesse dagli operatori economici, aggiornate alla nuova documentazione.

N.	QUESITI	RISPOSTE
1	<i>La base d'asta indicata sul disciplinare è di € 1.596.000 di cui € 700.000 previsti per consumabile. Si deduce che la base massima per il canone di noleggio sia di € 896.000 non superabile. Si chiede di confermare.</i>	Si conferma.
2	<i>Si chiede di confermare che per la valutazione dell'offerta economica si farà riferimento alla sommatoria delle due voci indicate (canone noleggio + consumabile).</i>	Si conferma.
3	<i>Nel caso in cui il dispositivo offerto possa utilizzare il medesimo "consumabile" con più pazienti si chiede di confermare che nel modulo offerta possa essere indicato un numero inferiore rispetto a quello indicato (875) tale da coprire comunque il presunto utilizzo su 25 pazienti/anno.</i>	Si conferma.
4	<i>Al punto 6) viene citato tra i documenti da allegare</i>	Si allega unitamente al presente

	<p>all'offerta tecnica il calendario manutenzione programmata secondo il modulo "Documentazione per la fornitura di apparecchiature ad uso clinico". Tale modulo "Documentazione... etc." non è presente nella documentazione di gara fornita, è da ritenersi valido quello scaricato dal sito AREU di cui alleghiamo copia, o ne esiste uno specifico per questa procedura?</p>	verbale il modulo corretto.
5	<p>Nel capitolato speciale alla voce "consumabili" si indica che verranno ordinati e acquistati in funzione dell'effettiva necessità.</p> <p>Si chiede di confermare che il costo dei consumabili presunti non deve essere incluso nel canone mensile di noleggio.</p>	Si conferma.
6	<ul style="list-style-type: none"> - In riferimento al criterio numero 1 denominato "Dimensione Massima" della tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica a pag. 38 del documento del disciplinare di gara; - In riferimento al criterio numero 7 denominato "Massaggio Pediatrico" della tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica a pag. 38 del documento "Disciplinare di gara", attualmente le linee guida dell'European Resuscitation Council (ERC) non annoverano l'uso di dispositivi meccanici per il massaggio cardiaco nei pazienti pediatrici e la compressione toracica manuale è considerata la procedura standard per la rianimazione cardiopolmonare (RCP) in questa fascia d'età. <p>Inoltre, correntemente non sono presenti sul mercato dispositivi certificati per l'utilizzo su paziente pediatrico e sono altresì mancanti prove oggettive e/o sufficienti relative all'efficacia e alla sicurezza delle compressioni meccaniche su tale tipologia di paziente.</p> <p>Pertanto, siamo cortesemente a chiedere di valutare la possibilità di trasferire i 6 punti tecnici, attribuiti al criterio 7 suindicato, e riparametrarli alle altre voci dei criteri discrezionali.</p>	<p>a) Non è chiaro quale sia il quesito.</p> <p>b) Il chiarimento risulta superato in quanto il nuovo Disciplinare pubblicato unitamente al presente verbale (che sostituisce il precedente) non prevede il criterio relativo al massaggio pediatrico.</p>
7	<p>Capitolato Tecnico nella sezione punto 7</p> <p>In riferimento alle Specifiche Tecniche del capitolato, si rileva che tra le caratteristiche minime richieste è</p>	Il chiarimento risulta superato in quanto il nuovo Disciplinare e il nuovo Capitolato, pubblicati

	<p>indicata la seguente specifica:</p> <p><i>"Alimentazione a batterie ricaricabili, in grado di garantire un uso continuativo per 60 minuti."</i></p> <p>Tale requisito, se considerato vincolante, potrebbe comportare l'esclusione di alcuni operatori economici (OE) potenzialmente idonei a soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante, limitando così la partecipazione alla procedura. Al fine di favorire una più ampia concorrenza e garantire la partecipazione del maggior numero possibile di OE, si chiede cortesemente di valutare la possibilità di stralciare tale specifica dalle caratteristiche minime obbligatorie, mantenendola eventualmente come elemento preferenziale o migliorativo.</p>	<p>unitamente al presente verbale (che sostituiscono i precedenti) sono stati modificati nella parte relativa all'autonomia delle batterie. Nello specifico, si sostituisce la frase come segue: <i>"Alimentazione a batterie ricaricabili, in grado di garantire un uso continuativo di almeno 20 minuti con le sole batterie a bordo dell'apparecchio (senza le scorte)".</i></p>
8	<p>Disciplinare di gara nella sezione 19.1</p> <p>Criteri di valutazione dell'offerta tecnica</p> <p>Punto 7 – Massaggio Pediatrico, si chiede di voler verificare la correttezza dell'attribuzione del relativo punteggio.</p> <p>Si segnala, infatti, che secondo le linee guida internazionali attualmente in vigore, non è previsto l'utilizzo di un sistema di compressione toracica meccanica su pazienti pediatrici. Si richiede pertanto di chiarire se tale requisito sia da considerarsi effettivamente valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio, o se ne sia prevista una revisione in coerenza con le suddette linee guida.</p>	<p>Il chiarimento risulta superato in quanto il nuovo Disciplinare pubblicato unitamente al presente verbale (che sostituisce il precedente) non prevede il criterio relativo al massaggio pediatrico.</p>
9	<p>Disciplinare di gara nella sezione 19.1</p> <p>Criteri di valutazione dell'offerta tecnica</p> <p>Considerate le peculiari condizioni geografiche in cui potrebbero trovarsi ad operare i mezzi di soccorso, nonché le rigide temperature che possono caratterizzare alcune aree del territorio regionale, si propone di valutare l'opportunità di includere tra gli elementi tecnici oggetto di valutazione anche alcune caratteristiche funzionali specifiche dei massaggiatori, quali: il range di altitudine (in metri sul livello del mare) entro cui il dispositivo garantisce il corretto funzionamento e il range di temperatura atmosferica operativa, tale da assicurare prestazioni affidabili anche in condizioni climatiche estreme. Tale integrazione consentirebbe di valorizzare le soluzioni tecnologiche maggiormente idonee a garantire l'efficacia operativa del dispositivo nelle diverse situazioni di impiego reale sul territorio regionale.</p>	<p>Il quesito non costituisce chiarimento. I criteri di valutazione sono quelli indicati nella tabella all'interno del Disciplinare pubblicato unitamente al presente verbale (che sostituisce il precedente).</p>
10	Disciplinare di gara nella sezione 19.1	Il quesito non costituisce

	<p>Criteri di valutazione dell'offerta tecnica Durante la pratica della RCP meccanica, è fondamentale poter usufruire di una finestra ecocardiografica adeguata per poter effettuare altri tipi di rilevazioni importanti e, non da meno, aver la possibilità di applicare o sostituire senza difficoltà e nella giusta configurazione degli eventuali elettrodi per la defibrillazione del paziente. Si richiede di considerare e valutare positivamente mediante attribuzione di punteggio tecnico tali caratteristiche.</p>	<p>chiarimento. I criteri di valutazione sono quelli indicati nella tabella all'interno del Disciplinare pubblicato unitamente al presente verbale (che sostituisce il precedente).</p>
11	<p>Disciplinare di gara nella sezione 19.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica Vi chiediamo la possibilità di valutare la stesura di un progetto per la gestione di assistenza tecnica, formazione ed il servizio stesso di noleggio delle apparecchiature oggetto di gara, attribuendo un punteggio tecnico.</p>	<p>Si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara.</p>
12	<p>Disciplinare di gara nella sezione 19.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica Trattandosi di una gara di Dispositivi Medici Salvavita si richiede di considerare e valutare positivamente mediante attribuzione di punteggio tecnico l'inserimento di documentazione tecnica e letteratura scientifica del prodotto offerto.</p>	<p>Si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara.</p>
13	<p>All'interno del Disciplinare di gara nella sezione 19.1 Criteri della valutazione, Vi chiediamo di poter valutare nell'attribuzione del punteggio tecnico, la possibilità di avere compressioni iniziali graduali, di modo che il Massaggiatore Cardiaco Automatico sia in grado di valutare le caratteristiche del torace del paziente, per garantirne una maggiore sicurezza e una minore traumaticità durante l'utilizzo.</p>	<p>Il quesito non costituisce chiarimento. I criteri di valutazione sono quelli indicati nella tabella all'interno del Disciplinare pubblicato unitamente al presente verbale (che sostituisce il precedente).</p>
	<p>In riferimento al criterio numero 1 denominato "Dimensione Massima" della tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica a pag. 38 del documento del disciplinare di gara, siamo a chiedere se il valore della dimensione in configurazione da trasporto massima faccia riferimento al volume totale del dispositivo calcolato, come da voi riportato a pag. 4 del capitolo speciale di appalto, come prodotto di Larghezza x Altezza x Profondità</p>	<p>Per "dimensione massima" non si intende il volume, bensì la massima tra le 3 dimensioni lineari di lunghezza, larghezza e profondità.</p>

Il presente verbale costituisce parte integrante della normativa di gara.



Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

Per ogni ulteriore informazione si prega di fare riferimento alle disposizioni contenute nella documentazione di gara.

Milano, 22/12/2025

f.to digitalmente
IL DIRETTORE DELLA SC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI
Dott. Alessandro Gervasi