

Avviso di consultazione di mercato per l'affidamento di servizi per attività di supporto e primo intervento in particolari contesti operativi

AREU intende avviare una consultazione di mercato finalizzata alla conoscenza del mercato di riferimento nell'ambito dei servizi di seguito descritti al fine di fornire alla popolazione un soccorso primario immediato, in contesti operativi particolarmente condizionati da grande afflusso veicolare, ridotta viabilità od orografia territoriale peculiare, ove i mezzi di soccorso della flotta ordinaria non possono arrivare o comunque arrivare ma non in tempi brevi.

La progettualità prevede quindi il posizionamento in tali luoghi di mezzi con caratteristiche appropriate al contesto, ma perfettamente adatti al soccorso primario, quali:

- Idroambulanza;
- Moto-soccorso.

I servizi di interesse per AREU sono i seguenti:

- 1) Servizio n.1: soccorso su idroambulanza + servizio di trasferimento presso Monte Isola (Lago di Iseo) (Postazioni AREU BS-009/E1 e BS-009/E2)
- 2) Servizio n.2: soccorso su idroambulanza presso Bellagio (Postazione AREU CO-003/E1)
- 3) Servizio n.3: soccorso su idroambulanza presso Desenzano (Postazione AREU BS-005/G1)
- 4) Servizio n.4: moto-soccorso presso Desenzano (Postazioni AREU BS-005/F1 e BS-005/F2)
- 5) Servizio n.5: moto-soccorso presso Tormini (Postazioni AREU BS-004/F1 e BS-004/F2)
- 6) Servizio n.6: moto-soccorso presso Monza (Postazione AREU MB-005/D1)
- 7) Servizio n.7: moto-soccorso presso Milano (Postazione AREU MI-000/I2)
- 8) Servizio n.8: moto-soccorso presso Milano (Postazione AREU MI-000/I1)

1. Caratteristiche tecniche servizi richiesti

SERVIZIO N. 1 - Servizio di soccorso su idroambulanza + Servizio di trasferimento presso Monte Isola (Lago di Iseo)

Descrizione:

- n. 1 mezzo del tipo idroambulanza con copertura cabina, presso le postazioni AREU BS-009/E1 e BS-009/E2
- punto di stazionamento ottimale: indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: 45°42'57"N 10°05'47"E (Monte Isola loc. Carzano)

Nello specifico il servizio dovrà essere così organizzato:

- presso la postazione AREU BS-009/E1:

- (i) equipaggio minimo richiesto: un conduttore ed eventualmente personale che coadiuvi nelle manovre di attracco
 - (ii) periodo di attività: copertura oraria h. 24, dalle h. 8:00 alle h. 8:00; tutti i giorni della settimana, ad eccezione del periodo e degli orari in cui viene attivata la postazione AREU BS-009/E2
 - (iii) dotazione minima richiesta: tutta la dotazione prevista dalla Tabella 1 "Requisiti minimi moto-soccorso - idroambulanza"
 - (iv) si precisa che l'attività è svolta in reperibilità (con arrivo entro 30 minuti dall'attivazione al punto ottimale di stazionamento)
- presso la postazione AREU BS-009/E2:
- (i) equipaggio minimo richiesto: un conduttore e due soccorritori certificati
 - (ii) periodo di attività: copertura oraria h. 8, dalle h. 10:00 alle h. 18:00; nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, tutti i sabati, domeniche e festivi, con sospensione totale nel periodo dal 16 settembre al 14 giugno e sospensione nei giorni feriali dal 15 giugno al 15 settembre
 - (iii) dotazione minima richiesta: tutta la dotazione prevista dalla Tabella 1 "Requisiti minimi moto-soccorso - idroambulanza"

SERVIZIO N. 2 – Servizio di soccorso su idroambulanza presso Bellagio

Descrizione:

- n. 1 mezzo del tipo idroambulanza, presso la postazione AREU CO-003/E1
- punto di stazionamento ottimale: indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: 45°59'28.5"N 9°15'51.8"E (Via E. Vitali, Parchetto della Punta)
- equipaggio minimo richiesto: un conduttore e due soccorritori certificati
- periodo di attività: copertura oraria h. 12, dalle h. 9:00 alle h. 21:00; nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre nei giorni festivi e prefestivi, con sospensione dal 16 settembre al 14 giugno; nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre nei giorni feriali, con esclusione dei giorni prefestivi e festivi
- dotazione minima richiesta: tutta la dotazione prevista dalla Tabella 1 "Dotazione minima – moto-soccorso idroambulanza"

SERVIZIO N. 3 – Servizio di soccorso su idroambulanza presso Desenzano

Descrizione:

- n. 1 mezzo del tipo idroambulanza presso la postazione AREU BS-005/G1
- punto di stazionamento ottimale: indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°28'12" E 10° 32' 31"
- equipaggio minimo richiesto: un conduttore e due soccorritori certificati

- periodo di attività: copertura oraria h. 8, dalle h. 10:00 alle h. 18:00; nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre solo i giorni festivi, con sospensione dal 16 settembre al 14 giugno e dal 15 giugno al 15 settembre nei giorni feriali
- dotazione minima richiesta: tutta la dotazione prevista dalla Tabella 1 "Dotazione minima – moto-soccorso idroambulanza". Si precisa che alcuni presidi, i farmaci e le apparecchiature elettromedicali (tranne l'aspiratore) sono forniti da AREU.

SERVIZIO N. 4 – Servizio di moto-soccorso presso Desenzano

Descrizione:

- n. 2 mezzi del tipo motociclo, 1 presso la postazione AREU BS-005/F1 e 1 presso la postazione AREU BS-005/F2
- punto di stazionamento ottimale: indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°28'15" E 10° 32' 23"

Nello specifico il servizio dovrà essere così organizzato:

- presso la postazione AREU BS-005/F1
 - (i) equipaggio minimo richiesto: un autista soccorritore
 - (ii) periodo di attività: copertura oraria h. 12, dalle h. 9:00 alle h. 21:00; nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre tutti i sabati e domeniche e tutti i festivi, con sospensione dal 16 settembre al 14 giugno e sospensione dal 15 giugno al 15 settembre nei giorni feriali escluso il sabato
 - (iii) dotazioni minime richieste: tutta la dotazione prevista dalla Tabella 1 "" Requisiti minimi moto-soccorso - idroambulanza. Si precisa che alcuni presidi, i farmaci e le apparecchiature elettromedicali (tranne l'aspiratore) sono forniti da AREU.
- presso la postazione AREU BS-005/F2
 - (i) equipaggio minimo richiesto: un autista soccorritore
 - (ii) periodo di attività: copertura oraria h. 12, dalle h. 9:00 alle h. 21:00; nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre tutti i sabati e domeniche e tutti i festivi, con sospensione dal 16 settembre al 14 giugno e sospensione dal 15 giugno al 15 settembre nei giorni feriali escluso il sabato
 - (iii) dotazioni minime richieste: Tutta la dotazione prevista dalla Tabella 1 "Requisiti minimi moto-soccorso - idroambulanza. Si precisa che alcuni presidi, i farmaci e le apparecchiature elettromedicali (tranne l'aspiratore) sono forniti da AREU.

SERVIZIO N. 5 - Servizio di moto-soccorso presso Tormini

Descrizione:

- n. 2 mezzi del tipo motociclo, 1 presso la postazione AREU BS-004/F1 e 1 presso la postazione AREU BS-004/F2

- punto di stazionamento ottimale: indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°36'42" E 10° 28' 51"

Nello specifico il servizio dovrà essere così organizzato:

- presso la postazione AREU BS-004/F1
 - (i) equipaggio minimo richiesto: un autista soccorritore
 - (ii) periodo di attività: copertura oraria h. 12, dalle h. 9:00 alle h. 21:00, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre tutti i sabati e le domeniche e tutti i festivi, con sospensione dal 16 settembre al 14 giugno e sospensione dal 15 giugno al 15 settembre nei giorni feriali escluso il sabato
 - (iii) dotazioni minime richieste: tutta la dotazione prevista dalla Tabella 1 "Requisiti minimi moto-soccorso - idroambulanza". Si precisa che alcuni presidi, i farmaci e le apparecchiature elettromedicali (tranne l'aspiratore) sono fornite da AREU.
- presso la postazione AREU BS-004/F2
 - (i) equipaggio minimo richiesto: un autista soccorritore e un soccorritore
 - (ii) periodo di attività: copertura oraria h. 12, dalle h. 9:00 alle h. 21:00, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre tutti i sabati e le domeniche e tutti i festivi, con sospensione dal 16 settembre al 14 giugno e sospensione dal 15 giugno al 15 settembre nei giorni feriali escluso il sabato
 - (iii) dotazioni minime richieste: tutta la dotazione prevista dalla Tabella 1 "Requisiti minimi moto-soccorso - idroambulanza". Si precisa che alcuni presidi, i farmaci e le apparecchiature elettromedicali (tranne l'aspiratore) sono fornite da AREU.

SERVIZIO N. 6 – Servizio di moto-soccorso presso Monza

Descrizione:

- n. 1 mezzo del tipo motociclo, presso la postazione AREU MB-005/D1
- punto di stazionamento ottimale: indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°34'39.30" E 9°16'57.33" (via Buonarroti ang. via Mentana)
- equipaggio minimo richiesto: un autista soccorritore e un soccorritore
- periodo di attività: copertura oraria h. 10, dalle h. 8:00 alle h. 18:00; dal lunedì al venerdì, con sospensione il sabato e la domenica
- dotazione minima richiesta: tutta la dotazione prevista dalla Tabella 1 "Dotazione minima – moto-soccorso idroambulanza".

SERVIZIO N. 7 – Servizio di moto-soccorso presso Milano

Descrizione:

- n. 1 mezzo del tipo motociclo, presso la postazione AREU MI-000/I2

- punto di stazionamento ottimale: indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: 45°28'01.9"N 9°08'47.4"E (Piazza Domenico Ghirlandaio)
- equipaggio minimo richiesto: un autista soccorritore e un soccorritore
- periodo di attività: copertura oraria h. 8, dalle h. 8:00 alle h. 16:00; dal lunedì al venerdì, con sospensione il sabato e la domenica
- dotazione minima richiesta: tutta la dotazione prevista dalla Tabella 1 "Dotazione minima – moto-soccorso idroambulanza".

SERVIZIO N. 8 – Servizio di moto-soccorso presso Milano

Descrizione:

- n. 1 mezzo del tipo motociclo, presso la postazione AREU MI-000/11
- punto di stazionamento ottimale: indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: 45°29'10.5"N 9°13'00.7"E (Piazzale Loreto)
- equipaggio minimo richiesto: un autista soccorritore e un soccorritore
- periodo di attività: copertura oraria h. 8, dalle h. 10:00 alle h. 18:00; tutti i giorni della settimana, compresi il sabato e la domenica
- dotazione minima richiesta: tutta la dotazione prevista dalla Tabella 1 "Dotazione minima – moto-soccorso idroambulanza".

Per i servizi di moto-soccorso si precisa che i mezzi impiegati devono essere conformi alle specifiche tecniche previste dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 15/07/2022, relativo ai motoveicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari di emergenza. (Si rammenta, in tal senso, la previsione dell'art. 2 del D.M. del 2022, secondo il quale "Possono essere utilizzati come motoveicoli adibiti ai servizi di emergenza tutti i veicoli omologati ai sensi del regolamento (UE) 168/2018, appartenenti alla categoria internazionale L5e, con esclusione dei tricicli con carrozzeria e dei tricicli non basculanti. I motoveicoli adibiti a servizi sanitari di emergenza devono inoltre rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico al decreto, che ne costituisce parte integrante").

2. Durata dei contratti

Si ipotizzano contratti di servizio di durata pluriennale.

3. Modalità di partecipazione

Possono presentare richiesta a partecipare alla presente consultazione tutti i soggetti di cui all'art. 65, del D.Lgs. 36/2023, sia singolarmente, sia temporaneamente raggruppati, secondo le modalità stabilite all'art. 68 del medesimo Decreto.

I soggetti interessati a partecipare alla presente consultazione non devono trovarsi nelle situazioni previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

Gli operatori economici che ritengano di poter fornire quanto necessario al fabbisogno individuato da AREU, dovranno far pervenire:

- una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta su carta intestata dell'operatore economico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante:
 - a) la manifestazione d'interesse a partecipare alla presente consultazione completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita IVA;
 - b) la specifica del servizio o dei servizi per i quali sono interessati a partecipare (es. "servizio n. 1 e n. 3");
 - c) il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra;
- una descrizione dell'operatore economico, dalla quale si evinca, tra l'altro, il possesso delle specifiche tecniche richieste (D.M. del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 15/07/2022 e/o DGR 5165/2016 e s.m.i.), unitamente alla specifica delle dotazioni in termini di risorse umane e delle dotazioni strumentali messe a disposizione, secondo le indicazioni sopra riportate per ciascun tipo di servizio;
- ogni altra informazione utile.

Quanto presentato dagli operatori non costituisce offerta tecnica.

La documentazione deve pervenire entro e non oltre **le ore 14:00 del giorno 04/05/2026**, tramite piattaforma "Sintel", secondo le modalità di partecipazione stabilite dalla piattaforma stessa.

Esaminata la documentazione ricevuta, AREU avrà la facoltà di valutare le migliori soluzioni procedurali e contrattuali per il soddisfacimento dei fabbisogni sopra indicati, come segue:

- invitare o meno i partecipanti alla presente consultazione di mercato a procedure di affidamento per i servizi per i quali hanno espresso interesse;
- non procedere all'espletamento di procedure di affidamento;
- procedere all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

La partecipazione alla presente consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno, e non impegna a nessun titolo AREU nei confronti degli operatori economici interessati.

AREU può interrompere, sospendere o revocare la presente consultazione, nonché interrompere la consultazione di uno o più operatori economici in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

La partecipazione alla consultazione non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.

Si precisa che, poiché la piattaforma Sintel richiede obbligatoriamente l'inserimento di un valore economico, in tale campo dovrà essere inserito il valore simbolico di € 0,1, in quanto trattasi di mero avviso ricognitivo.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla piattaforma telematica "Sintel" di Regione Lombardia.

Allegati:

- Tabella 1 "Requisiti minimi moto-soccorso - idroambulanza".

Milano, 23/04/2026

Il Direttore della S.C. Gestione Approvvigionamenti

Dott. Alessandro Gervasi

REQUISITI MINIMI PREVISTI PER LE DOTAZIONI, L'ALLESTIMENTO E I MATERIALI SANITARI DEI MEZZI AD USO SANITARIO		MOTOVEICOLO PER USO SPECIALE ADEBITI A SERVIZI SANITARI DI EMERGENZA URGENZA	MEZZO PER IL SOCCORSO IN ACQUA - IDROAMBULANZA	Note esplicative
Sicurezza				
	Estintore di almeno 3 kg da porre nel comparto guida, verificato e controllato a norma di legge;	////	1	////
	Estintore di almeno 3 kg da porre nel comparto sanitario, verificato e controllato a norma di legge;	////	1	////
Comparto di guida				
	Apparato per radiocomunicazione a norma PP.TT. nel rispetto delle Concessioni Ministeriali all'uso rilasciate o telefono cellulare con impianto viva voce o analogo sistema per l'utilizzo a mani libere;	1(*)	1(*)	(*) È richiesto solo un telefono cellulare dedicato o in alternativa una radio portatile
	Lampada portatile, di potenza adeguata, con alimentazione a batteria 12 vdc e cono di segnalazione giallo amovibile;	////	1	////
Comparto sanitario impianto elettrico				
	Batteria veicolo 12 V d.c.;	1	1(**)	(*) Almeno 80AH 12V, per i veicoli immatricolati dopo 01/01/2016 (**) impianto adeguato al soccorso sanitario
	Prese elettriche 12 V d.c. Polarizzate certificate ISO 4165:2001;	////	Almeno 1	(*) Per veicoli immatricolati dopo il 01/01/2016
Impianti sanitari ed elettromedicali				
	Bombole di ossigeno fisse della capacità minima di 7 litri ciascuna, dotate di riduttore di pressione, manometro, con riempimento secondo i limiti della normativa vigente e almeno a 150 atm, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008; in ogni momento l'impianto deve garantire almeno una capacità residua complessiva di 700 litri di O ₂ ;	////	Minimo 1	(*) la capacità residua minima richiesta deve essere pari a 1200 litri di O ₂ .

REQUISITI MINIMI PREVISTI PER LE DOTAZIONI, L'ALLESTIMENTO E I MATERIALI SANITARI DEI MEZZI AD USO SANITARIO	MOTOVEICOLO PER USO SPECIALE ADEBITI A SERVIZI SANITARI DI EMERGENZA URGENZA	MEZZO PER IL SOCCORSO IN ACQUA - IDROAMBULANZA	Note esplicative
Bombola di ossigeno portatili della capacità minima di 2 litri ciascuna, dotate di riduttore di pressione, manometro, flussometro con riempimento secondo i limiti della normativa vigente, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008; in ogni momento il residuo complessivo delle bombole deve garantire almeno una capacità residua complessiva di 200 litri per due bombole e 300 litri per 3 bombole di O ₂ . Ogni bombola deve essere dotata di un sistema di protezione dell'erogatore (es. "tulipano");	1*	2*	(*) Sono richieste 2 bombole da un litro è ammessa una bombola da 2 litri
Aspiratore per secreti asportabile con sistema di raccolta monouso, alimentato con batteria ricaricabile 12/220 V;	1	1	
Monitor portatile per la rilevazione della SpO ₂ con sonda adulti, pediatrica e neonatale (almeno una per tipo)	1(*) (**)	1(*) (**)	(*) In alternativa integrato nel Cardio-defibrillatore manuale 6.12 (**) In alternativa integrato nell'ECG a 12 Derivazioni 6.13
Sfigmomanometro automatico a lettura digitale con bracciale adulto e pediatrico;	1(*) (**)	1(*) (**)	(*) In alternativa integrato nel Cardio-defibrillatore manuale 6.12 (***) In alternativa integrato nell'ECG a 12 Derivazioni 6.13
Defibrillatore semiautomatico bifasico, in conformità a quanto indicato nella norma EN 60601-2-4; (***)	1(**)	1(**)	(*) 1 piastre adulti e 1 pediatrica o in alternativa, 1 piastre adulti se disponibile attenuatore pediatrico; 5 garze non sterili; 1 rasoio monouso (**) 2 piastre adulti e 1 pediatrica o in alternativa, 2 piastre adulti se disponibile attenuatore pediatrico; 5 garze non sterili; 2 rasoio monouso (***) E' ammesso l'uso di DAE automatici

REQUISITI MINIMI PREVISTI PER LE DOTAZIONI, L'ALLESTIMENTO E I MATERIALI SANITARI DEI MEZZI AD USO SANITARIO	MOTOVEICOLO PER USO SPECIALE ADEBITI A SERVIZI SANITARI DI EMERGENZA URGENZA	MEZZO PER IL SOCCORSO IN ACQUA - IDROAMBULANZA	Note esplicative
Termometro a infrarossi che consenta una rilevazione rapida (non oltre 3 secondi senza entrare in contatto con la cute del Paziente (distanza non inferiore a 3 cm);	1(*) (**)	1(*) (**)	(*) In alternativa integrato nel Cardio-defibrillatore manuale 6.12 (**) In alternativa integrato nell'ECG a 12 Derivazioni 6.13 è ammesso in questo caso anche del tipo a sonda (***) in alternativa è possibile utilizzare il dispositivo timpanico
Monitor defibrillatore dotato di: <ul style="list-style-type: none"> defibrillazione semiautomatica e manuale defibrillazione adulti e pediatrica, monitoraggio di ECG 12D con trasmissione del tracciato, SpO2, NIBP, etCO2, temperatura stampa del tracciato ECG 	1(**)	////	(*) E' ammessa la presenza a bordo del veicolo, ma non è obbligatorio averlo in dotazione. (**) solo per MSA
ECG a 12 derivazioni con possibilità di trasmissione del tracciato;	1(*) (**)	1(*) (**)	(*) È ammessa la presenza a bordo del veicolo, ma non è obbligatorio averlo in dotazione. (**) In alternativa integrato nel Cardio-defibrillatore manuale 6.12
Sistema di assistenza respiratoria regolabile a pressione positiva (CPAP);	1(*)	1(*)	(*) solo per MSA
Capnometro con visualizzazione della curva;	1(*) (**)(***)	1 (***)	(*) In alternativa integrato nel Cardio-defibrillatore manuale 6.12 (**) In alternativa integrato nell'ECG a 12 Derivazioni 6.13 (***) Solo per MSA
Compressore cardiaco automatico (massaggiatore)	1 (*)	1 (*) (**)	(*) E' ammessa la presenza a bordo del veicolo, ma non è obbligatorio averlo in dotazione. (**) obbligatorio solo per MSA
Trapano per infusione intraossea	1 (**)	1 (**)	(*) E' ammessa la presenza a bordo del veicolo, ma non è obbligatorio averlo in dotazione. (**) solo per MSA
Rilevatore ambientale di monossido di carbonio completo di dispositivo di fissaggio e allarme sonoro; durata non inferiore a 2	1	////	////

REQUISITI MINIMI PREVISTI PER LE DOTAZIONI, L'ALLESTIMENTO E I MATERIALI SANITARI DEI MEZZI AD USO SANITARIO	MOTOVEICOLO PER USO SPECIALE ADEBITI A SERVIZI SANITARI DI EMERGENZA URGENZA	MEZZO PER IL SOCCORSO IN ACQUA - IDROAMBULANZA	Note esplicative
anni senza calibrazione			
Rilevatore ambientale della concentrazione di ossigeno completo di dispositivo di fissaggio e allarme sonoro; durata non inferiore a 2 anni senza calibrazione	1	////	////
Glucometro	1(*) (**)	1(*)(**)	(*) È ammessa la presenza a bordo del veicolo, ma non è obbligatorio averlo in dotazione. (**) obbligatorio solo per MSA
Presidi sanitari			
Barella toboga con alloggiamento fisso e sistema di estrazione dall'acqua con verricello;	////	1(*)	(*) sono ammessi sistemi alternativi, purché efficaci
Tavola spinale completa di immobilizzazione per la testa e fasce di bloccaggio di sicurezza (ragno), il tutto RX - TAC compatibile; (**);	////	1 (***)	(*) In alternativa il materiale del punto 7.3 (**) In caso indicazione del costruttore come dispositivo ad uso multiplo barella cucchiaio / tavola spinale è obbligatorio avere a bordo comunque due presidi. (***) idonea al soccorso in acqua
Telo da trasporto a sei o più maniglie;	1	////	////
Set per immobilizzazione arti a depressione o steccobende rigide;	////	1	////
Set di collari cervicali (di 5 misure) rigidi, compresi i pediatrici o a regolazione variabile;	1*	1*	*Almeno 5 unità (3 adulti e 2 pediatrici) anche a regolazione variabile. **Almeno 2 unità (un collare adulto e un collare pediatrico entrambi regolabili).
Immobilizzatore pediatrico per il trasporto vincolato a barella;	////	////	////
Immobilizzatore pelvico	1(*)	1(*)	(*) solo per MSA
Materiale sanitario vario			
Scatola di guanti monouso non sterili di categoria III, misura <u>piccola</u> , in conformità a quanto indicato nella norma vigente;	Almeno 15 paia	1	////

REQUISITI MINIMI PREVISTI PER LE DOTAZIONI, L'ALLESTIMENTO E I MATERIALI SANITARI DEI MEZZI AD USO SANITARIO	MOTOVEICOLO PER USO SPECIALE ADEBITI A SERVIZI SANITARI DI EMERGENZA URGENZA	MEZZO PER IL SOCCORSO IN ACQUA - IDROAMBULANZA	Note esplicative
Scatola di guanti monouso non sterili di categoria III, misura <u>media</u> , in conformità a quanto indicato nella norma vigente;	Almeno 15 paia	1	////
Scatola di guanti monouso non sterili di categoria III, misura <u>grande</u> , in conformità a quanto indicato nella norma vigente;	Almeno 15 paia	1	////
Traverse;	////	2	////
Maschere adulti per somministrazione di ossigeno con sistema di raccordo con reservoir e senza reservoir;	2**	2**	(*) uno per ogni tipo (**) due per ogni tipo (***) tre per ogni tipo
Maschere pediatriche per somministrazione di ossigeno con sistema di raccordo con reservoir e senza reservoir;	1*	1*	(*) uno per ogni tipo
Pallone autoespansibile monouso o riutilizzabile per adulto con sistema di collegamento alla bombola di ossigeno e reservoir;	1	1	////
Pallone auto-espansibile monouso o riutilizzabile per pediatrico con sistema di collegamento alla bombola di ossigeno e reservoir;	1	1	////
Kit Maschere monouso adulto per pallone auto-espansibile una per ogni misura: S - M - L;	1	1	////
Kit Maschere monouso pediatrico per pallone auto-espansibile almeno 4 maschere di diverse misure;	1	1	////
Kit cannula monouso di Majo adulti una per ogni misura (almeno 3 misure diverse);	1	1	////
Kit cannula monouso di Majo pediatrica una per ogni misura (almeno 3 misure diverse);	1	1	////
Fonendoscopio;	1	1	////
Kit cateteri per aspirazione delle secrezioni due per ogni misura: CH 12 – CH 14 e CH16;	1	1	////
Forbici multiuso o equivalenti per taglio abiti e cinture di sicurezza;	1	1	////
Coperta isoterma di emergenza argento/oro dimensioni minime 200 150 cm	2	2	////
Materiale di medicazione:			
Buste di garze sterili;	5	10	////

REQUISITI MINIMI PREVISTI PER LE DOTAZIONI, L'ALLESTIMENTO E I MATERIALI SANITARI DEI MEZZI AD USO SANITARIO		MOTOVEICOLO PER USO SPECIALE ADEBITI A SERVIZI SANITARI DI EMERGENZA URGENZA	MEZZO PER IL SOCCORSO IN ACQUA - IDROAMBULANZA	Note esplicative
Buste di garze non sterili o equivalente;	10	20	////	
Bende di varie misure;	2	3	////	
Cerotti a nastro di cm. 2,5;	2	3	////	
Paio di forbici bottonute (altezza almeno cm. 20);	1	1	////	
Laccio emostatico tourniquet;	1	1	///	
Buste monodose di disinfettante;	3	5	////	
Confezioni di ghiaccio istantaneo;	2	4	////	
Mascherine monouso per paziente;	2	2	////	
Materiale per rifiuti:				
Contenitore rigido sigillabile per rifiuti ospedalieri (minimo 5 lt.);	////	1	////	
Contenitore per aghi e taglienti in materiale plastico rigido sigillabile;	1	1	////	
Materiale di protezione individuale:				
Borsa o vano dedicato allo stoccaggio del materiale di protezione;	1	1	////	
Paio di occhiali o schermi protettivi;	(*)	(*)	(*) minimo uno per ogni componente dell'equipaggio	
Camice monouso in tessuto non tessuto idrorepellente;	(*)	(*)	(*) minimo uno per ogni componente dell'equipaggio	
Cappello monouso;	(*)	(*)	(*) minimo due per ogni componente dell'equipaggio	
Maschera monouso ad alta protezione (FFP2 o FFP3 senza valvola), in conformità a quanto indicato nella norma EN149 3° categoria;	(*)	(*)	(*) minimo due per ogni componente dell'equipaggio	
Paio di guanti da lavoro, in conformità a quanto indicato nella norma EN 21420:2020;	2	////	////	
Caschi da lavoro preferibilmente bianchi in conformità a quanto indicato dalla norma UNI EN397:2012	////	////	(*) uno per ogni componente dell'equipaggio	

REQUISITI MINIMI PREVISTI PER LE DOTAZIONI, L'ALLESTIMENTO E I MATERIALI SANITARI DEI MEZZI AD USO SANITARIO	MOTOVEICOLO PER USO SPECIALE ADEBITI A SERVIZI SANITARI DI EMERGENZA URGENZA	MEZZO PER IL SOCCORSO IN ACQUA - IDROAMBULANZA	Note esplicative
Livrea e stemmi veicoli da applicare solo ai mezzi di nuova immatricolazione (dal 31/12/2024)			
Colore mezzo – Bianco;	(*)(**)	////	<p>(*) la colorazione del veicolo deve essere di colore bianco, lasciando a vista il 70% della colorazione originale della carrozzeria al netto dei loghi (12.2) delle strisce (12.8), delle croci di Esculapio (12.4) e delle scritte (12.3, 12.5, 12.6, 12.7).</p> <p>Non è permesso ricoprire interamente il veicolo con pellicole adesive o simili di colorazione diverse dal bianco e/o verniciarne le superfici.</p> <p>Per i mezzi dedicati al Trasporto sanitario semplice e al Trasporto sanitario semplice per disabile, è autorizzata l'applicazione in deroga di loghi/machi relativi a soggetti terzi, anche privati, che contribuiscono a vario titolo al sostentamento del volontariato, fermo restando il colore bianco di fondo della carrozzeria del mezzo.</p> <p>(**) Per veicoli immatricolati dopo il 01/01/2016</p>
logo AREU / NUE112;	2(*)	2/3(*)	<p>(*) L'applicazione dei loghi di AREU sui mezzi è obbligatoria solo per i soggetti che hanno attivo un contratto con l'Agenzia regionale. I loghi sono forniti da AREU e devono essere posizionati uno per ogni fiancata e uno posteriormente. Le regole di applicazione dei loghi AREU sono descritte nei regolamenti e, o nella documentazione prescrittiva di AREU</p>
Denominazione del soggetto titolare del servizio;	1(**)	1 (**)	<p>(*) Sulle due fiancate deve essere riportata in forma chiara la denominazione dell'ente che abbia la proprietà o la disponibilità del veicolo</p> <p>(**) secondo la norma vigente</p>

REQUISITI MINIMI PREVISTI PER LE DOTAZIONI, L'ALLESTIMENTO E I MATERIALI SANITARI DEI MEZZI AD USO SANITARIO		MOTOVEICOLO PER USO SPECIALE ADEBITI A SERVIZI SANITARI DI EMERGENZA URGENZA	MEZZO PER IL SOCCORSO IN ACQUA - IDROAMBULANZA	Note esplicative
	Croci di Esculapio (simbolo internazionale del soccorso)	(*)	////	(*) secondo la normativa vigente (**) con caratteristiche uguali a quelle riportate nell'appendice all'allegato tecnico del Decreto 553 del 1987 posizionate una per lato e una posteriormente.
Limiti massimi veicoli (dal 31/12/2024)				
	Il veicolo utilizzato per il servizio non deve aver superato il seguente numero di Km percorsi;	230000 Km (*) (**)	////	(*) tale limite rimane invariato anche in caso di importanti manutenzioni meccaniche come, ad esempio, la sostituzione del motore (**) È ammessa una deroga chilometrica ai mezzi che svolgono attività di assistenza ad eventi e manifestazioni, fino a 330.000 Km e con un limite massimo di età del veicolo pari a 12 anni (< 11 anni e 364gg)."

Tabella 1 Requisiti minimi motosoccorso - idroambulanza