

Soggetto che rende disponibile il MSB		Sigla del mezzo di soccorso	AAT di afferenza del mezzo	Convenzione del mezzo	Targa	Data di immatricolazione	Km percorsi ⁽¹⁾
A - Esterno ambulanza e documentazione		28 – Tavola spinale con fermacapo "a ragno", RX e TAC compatibile ⁽⁷⁾	②	60 – Monitor portatile per la rilevazione della SpO ₂ ⁽¹⁶⁾	①	Note del team di controllo / AAT ⁽¹⁸⁾	
1 – Colore del mezzo ** ⁽²⁾	④	29 – Telo da trasporto a 6 o più maniglie	②	61 – Termometro a infrarossi	②		
2 – Loghi AREU (numero e posizione corretti, come da DOC 126)	③	30 – Materassino a depress. dotato di pompa e cinghie > 200x85 cm	②	62 – Sfigmomanometro automatico digitale con bracciale adulto e pediatr.			
3 – Denominazione del Soggetto che rende disponibile il MSB	④	31 – Set di immobilizzazione arti (depressione/stecco bende rigide) ⁽²¹⁾	②	63 – Un fonendoscopio			
4 – Croci di Esculapio o simbolo di Croce Rossa, come da DOC 126	②	32 – Dispositivo di estricazione		64 – ECG			
5 – Fascia riflettente arancione, come da normativa vigente ⁽³⁾	②	33 – Immobilizzatore pediatrico per il trasporto vincolato a barella		65 – Glucometro ⁽⁹⁾			
6 – Dispositivi acustici e luminosi		34 – Set di collari cervicali rigidi di 5 misure ⁽¹⁰⁾		Tot. punteggio: /24 (min. 21) Risultato sezione E: ☐ OK ☐ NO			
7 – Presa esterna (a 220 V a.c.) * ⁽⁴⁾	②	35 – Porta flebo (2 supporti e 2 ganci)		F – Materiale di medicazione			
8 – Revisione nell'ultimo anno solare (art. 80 Codice della Strada) ⁽²³⁾		36 – Pappagallo (anche monouso)		66 – Dieci buste di garze sterili (almeno 5 per punteggio minimo)			
9 – Carta di circolazione (originale o copia) ⁽²⁴⁾		37 – Padella (anche monouso)		67 – Venti buste di garze non sterili o equival. (almeno 8 per punt. min.)			
10 – Copertura assicurativa valida (non scaduta oltre il 15° giorno) ⁽²⁰⁾		38 – Due cuscini con federa (anche monouso)		68 – Tre bende (di varie misure)			
Tot. punteggio: /17 (min. 13) Risultato sezione A: ☐ OK ☐ NO		39 – Due coperte		69 – Tre cerotti a nastro di 2,5 cm			
B – Comparto di guida		40 – Quattro lenzuola (anche monouso) (almeno 2 per punt. min.)		70 – Un paio di forbici bottonute, con altezza > 20 cm			
11 – Estintore da almeno 3 Kg, regolarmente verificato		41 – Due traverse (anche monouso)		71 – Due lacci emostatici			
12 – Apparato per radiocomunicazione AREU in uso per attività 118 ⁽⁵⁾	④	42 – Scatola di guanti monouso non sterili categoria III (misure S/M/L)		72 – Cinque buste monodose di disinfettante cutaneo			
13 – Lampada portatile con alimentazione a batteria 12 V d.c. ⁽⁶⁾	④ ②	Tot. punteggio: /28 (min. 24) Risultato sezione D: ☐ OK ☐ NO		73 – Quattro confezioni di ghiaccio istantaneo (almeno 2 per punt. min.)			
14 – Sistema di climatizzazione	④	E – Attrezzature e apparecchiature sanitarie		74 – Due mascherine monouso per paziente			
15 – Batteria supplement. maggiorata 12 V d.c., da almeno 80 AH * ⁽¹⁵⁾	②	43 – Due bombole di O ₂ fisse da almeno 7 l ⁽¹¹⁾		Tot. punteggio: /17 (min. 13) Risultato sezione F: ☐ OK ☐ NO			
Tot. punteggio: /14 (min. 10) Risultato sezione B: ☐ OK ☐ NO		44 – Tre bombole di O ₂ portatili da almeno 2 l ⁽¹²⁾		G – Materiale di protezione individuale			
C – Comparto sanitario		45 – Flussimetro con collegamento fisso o a innesto rapido		75 – Borsa o vano dedicato allo stoccaggio del materiale di protezione			
16 – Sistema di climatizzazione	④	46 – Impianto di distribuzione O ₂ a parete con almeno 2 prese		76 – Tre paia di occhiali o schermi protettivi			
17 – Impianto di ventilazione e aspirazione ⁽²⁶⁾	①	47 – Aspiratore di secreti asportabile con sistema di raccolta monouso		77 – Sei camici monouso in tessuto/non tessuto idrorepellente			
18 – Riscaldamento autonomo	①	48 – Aspirat. di secreti fisso/asport. (potenza > 25 l/min., raccolta > 900 ml)		78 – Tre cappelli monouso			
19 – Tre prese elettriche 220 V a.c. *	④	49 – Cateteri per aspirazione di secreti (2 per ogni misura: CH 12, 14, 16)		79 – Sei maschere monouso FFP2 o FFP3 prive di valvola			
20 – Due prese elettriche 12 V d.c. polarizzata *	②	50 – Due maschere adulti per somministrazione O ₂ con reservoir		80 – Tre paia di guanti da lavoro, conformi a norma EN 21420:2020 ⁽²⁷⁾			
21 – Contenitore rigido sigillabile per rifiuti ospedalieri (min. 5 l)		51 – Maschera pediatrica per somministrazione O ₂ con reservoir		81 – Tre caschi da lavoro, recanti norma EN 397 e data di fabbricaz.			
22 – Contenitore per aghi e taglienti in materiale plastico rigido sigillabile	①	52 – DAE (defibrillatore semiautomatico bifasico) e relativa dotazione ⁽²⁵⁾		Tot. punteggio: /10 (min. 8) Risultato sezione G: ☐ OK ☐ NO			
23 – Estintore da almeno 3 Kg, regolarmente verificato		53 – Pallone autoespansibile per adulto monouso o riutilizzabile		H – Relazioni di soccorso e materiale aggiuntivo			
24 – Forbice multiuso o equivalente per taglio abiti e cinture di sicurezza	④	54 – Pallone autoespansibile pediatrico monouso o riutilizzabile		82 – Relazioni di soccorso (almeno 5)			
Tot. punteggio: /17 (min. 13) Risultato sezione C: ☐ OK ☐ NO		55 – Kit maschere monouso adulto per pallone autoespansibile ⁽¹³⁾		83 – Kit maxiemergenze ⁽¹⁷⁾			
D – Attrezzature per il soccorso e il trasporto		56 – Kit maschere monouso pediatriche per pallone autoespansibile ⁽¹⁴⁾		84 – Due coperte isotermitiche argento/oro (dim. > 200x150 cm)			
25 – Barella di tipo rigido articolata		57 – Tre cannule di Mayo monouso per adulti di diverse misure		85 – Telefono di servizio (dotato di app AREU) e credenziali associate ⁽²²⁾			
26 – Barella cucchiaino dotata di almeno 2 cinture ⁽⁷⁾	④	58 – Tre cannule di Mayo monouso pediatriche di diverse misure		86 – Rilevatore ambientale di monossido di carbonio			
27 – Dispositivo per il trasporto del paziente seduto ⁽⁸⁾	④	59 – Maschera tipo pocket mask, completa di filtro e custodia		Tot. punteggio: /12 (min. 10) Risultato sezione H: ☐ OK ☐ NO			
Soccorritore referente per la SOREU ⁽¹⁹⁾		Autista ⁽¹⁹⁾		Soccorritore ⁽¹⁹⁾		Responsabile del Soggetto che rende disponibile il MSB o suo delegato ⁽¹⁹⁾	
Data e ora inizio verifica	Ora conclusione verifica	Luogo verifica	Componente 1 del team di controllo / AAT ⁽¹⁹⁾	Componente 2 del team di controllo / AAT ⁽¹⁹⁾	Componente 3 del team di controllo / AAT ⁽¹⁹⁾	Esito della verifica ☐ superata ☐ non superata Rientro: ☐ non operativo ☐ operat. con deroga	

Per la compilazione della scheda e la valutazione dei risultati, fare riferimento alla IOP 17 *Verifica MSB convenzionati*.

(1) Il veicolo non deve aver superato i 230.000 Km (tale limite rimane invariato anche in caso di importanti manutenzioni meccaniche come, ad esempio, la sostituzione del motore).

(2) La colorazione del veicolo deve essere di colore bianco lasciando a vista almeno il 70% della colorazione originale della carrozzeria al netto dei loghi, delle strisce, delle croci di Esculapio e delle scritte. Non è permesso ricoprire interamente il veicolo con pellicole adesive o simili di colorazioni diverse dal bianco e/o verniciarne le superfici. Verificare visivamente e considerare il requisito non superato se, con ragionevole certezza, la % sopra indicata non risulta raggiunta.

(3) E' vietato posizionare sopra ad essa scritte/disegni autoadesivi e/o stampati congiuntamente. (4) Compresa di meccanismo di inibizione dell'avviamento (se MSB presso la sede)

(5) Apparato di radiocomunicazione a norma PP.TT., nel rispetto delle Concessioni Ministeriali all'uopo rilasciate o telefono cellulare con impianto viva voce o analogo sistema per l'utilizzo a mani libere.

(6) Compreso cono di segnalazione giallo o arancio removibile.

(7) In caso di indicazione del costruttore come dispositivo ad uso multiplo barella cucchiaino/tavola spinale, è obbligatorio avere a bordo comunque 2 presidi (la barella cucchiaino, unitamente al materassino a depressione, può sostituire la tavola spinale)

(8) Fatto salvo il caso in cui la barella principale non assolva anche questa funzione. (9) Verificare a partire dal 01/02/2025

(10) Quantità minima: 5 collari (3 adulti e 2 pediatrici), anche a regolazione variabile

(11) Bombole di ossigeno fisse della capacità minima di 7 litri ciascuna, dotate di riduttore di pressione, manometro, con riempimento secondo i limiti della normativa vigente e almeno a 150 atm, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008; in ogni momento l'impianto deve garantire almeno una capacità residua complessiva di 700 litri di O₂.

(12) Bombole di ossigeno portatili della capacità minima di 2 litri ciascuna, dotate di riduttore di pressione, manometro, flussometro con riempimento secondo i limiti della normativa vigente, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008; in ogni momento il residuo complessivo delle bombole deve garantire almeno una capacità residua complessiva di 300 litri per 3 bombole di O₂. Ogni bombola deve essere dotata di un sistema di protezione dell'erogatore (es. "tulipano").

(13) Una maschera per adulto per ogni misura: 3, 4, 5. (14) Una maschera pediatrica per ogni misura: 0, 1, 2.
Nota (relativa ai due punti precedenti): verificare l'integrità della confezione e la presenza della data di scadenza (o, in alternativa, della data di confezionamento oppure di etichetta/nota comprovante la data di scadenza e/o di confezionamento). Considerare il requisito superato se la confezione è integra (mai aperta) e la maschera non è scaduta o se sono decorsi meno di 10 anni dalla data di confezionamento.

(15) Verificare, ove possibile. (16) Con sonda adulti e pediatrica.

(17) Kit maxiemergenze composto da: action card, braccialetti maxiemergenze (rossi, gialli e verdi), fascia fluorescente per braccio.

(18) Segnalare nel campo note: evidenti e macroscopici danneggiamenti della carrozzeria o degli apparati esterni (es. gruppi ottici, lampeggiatori, fari di ricerca ...), evidenti e macroscopici segni di non applicazione delle disposizioni relative al riordino e alla detersione del vano sanitario del mezzo, altri rilievi significativi quali quelli indicati nell'appendice A della IOP 17, al fine di effettuare una eventuale verifica in un momento successivo.

(19) Nome, cognome (in stampatello) e firma. Verificare che tutti i componenti dell'équipe MSB espongano sulla divisa il tesserino di identificazione, recante la denominazione del Soggetto che rende disponibile il MSB, numero di matricola (o altro identificativo) e qualifica. Riportare nel campo "Note del team di controllo / AAT" eventuali rilievi (Es. assenza del tesserino di identificazione, non apposizione sulla divisa, non indicazione sul tesserino delle informazioni minime).

(20) Verificabile sia in formato cartaceo sia in formato digitale. (21) Almeno 2, di diverse misure.

(22) Verificare il funzionamento del telefono e le credenziali associate al Referente per la SOREU e all'autista. In caso di Referente per la SOREU e/o autista con credenziali ePCR non associate, la verifica sarà considerata non superata ma, in considerazione della possibilità di risolvere tempestivamente la criticità, il mezzo sarà comunque ritenuto operativo, con l'indicazione perentoria di provvedere immediatamente all'accesso a ePCR con le corrette credenziali.

(23) Per CRI: considerare valida anche la formale attestazione dell'officina che effettua la revisione (art. 34 capo III, TU OFM CRI) (24) Verificare se il veicolo è di proprietà del Soggetto che rende disponibile il MSB (in caso negativo, indicare nelle note).

(25) Considerare quale dotazione del DAE: 2 piastre adulto e 1 piastra pediatrica o, in alternativa, 2 piastre adulto se presente attenuatore pediatrico

(26) In caso di impianto a pressione negativa e/o sanificazione, è necessario che venga prodotta la certificazione che attesta la presenza di ventilazione e aspirazione (27) La norma EN 21420:2020 ha sostituito la norma EN 420:2010
Nota: nell'ambito dell'attività di verifica, deve essere verificato, ove possibile, il funzionamento delle apparecchiature. In caso di apparecchiatura presente ma non funzionante, il requisito deve considerarsi non superato.

Per quanto concerne i dispositivi acustici e luminosi: verificare il funzionamento dei lampeggianti e richiedere ai soccorritori di confermare il funzionamento della sirena.

* per mezzi di soccorso immatricolati dal 01/06/2016