

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI PER IL CONFEZIONAMENTO, LA CONSERVAZIONE E IL TRASPORTO DI RENI PER LA DURATA DI 24 MESI.

Seduta Riservata del Gruppo di Valutazione delle proposte tecniche

Verbale n. 1

Il giorno 13 Gennaio 2025 dalle ore 14.00 sino alle ore 14.45 si è riunito, presso la Sede dell'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza sita in Via Campanini n. 6 a Milano, il Gruppo di Valutazione delle proposte tecniche per PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI PER IL CONFEZIONAMENTO, LA CONSERVAZIONE E IL TRASPORTO DI RENI PER LA DURATA DI 24 MESI, che, come da prot. AREU 35491/2024 risulta così composto:

- Dott. Sacchi Marco – Presidente
Dirigente Medico Responsabile Struttura Semplice Trasporto Organi, AREU;
- Ing. Locatelli Aldo – Componente
Dirigente Responsabile S.S. Ingegneria Clinica, AREU;
- Ing. Zambroni Alex – Componente
Dirigente Responsabile S.S. Logistica, magazzino e unità mobili, AREU;

Il Gruppo di Valutazione riunito ha preso visione dell'unica offerta tecnica presentata, ha valutato e verificato ogni aspetto oggetto di valutazione.

Nello specifico il soggetto **IGL Italia srl** risulta essere idoneo, con un punteggio pari a **31,5**;

La commissione termina la valutazione e allega la scheda dei punteggi tecnici assegnati al soggetto IGL Italia srl.

Letto, firmato e sottoscritto

Dr. Sacchi Marco



Ing. Locatelli Aldo



Ing. Zambroni Alex



SCHEDA DI VALUTAZIONE QUALITATIVA
IGL ITALIA SRL

	DESCRIZIONE	CRITERIO	TIPOLOGIA	PUNTI MAX	commissario 1	commissario 2	commissario 3	Valore attribuito	Note
1	Sistema di registrazione della temperatura	Fornitura di sistemi di registrazione dei valori di temperatura per tutta la durata del trasporto, facilmente consultabili all'arrivo presso la sede di trapianto.	T	20					0 Non risulta essere proposto dal fornitore un sistema di registrazione della temperatura
2	Caratteristiche contenitori secondari	Verranno valutate le caratteristiche fisiche dei contenitori secondari, in merito in particolare a peso e dimensioni.	D	15	0.7	0.8	1	12.5	Il contenitore risulta avere le certificazioni richieste ed essere idoneo per il tipo di attività da effettuare
3	Movimentazione contenitori secondari	Verranno valutate le dotazioni del contenitore secondario che rendono più agevole e confortevole la movimentazione (es. maniglie, ruote, manico telescopico, ecc.)	D	10	0.6	0.7	0.8	7	Il sistema di trasporto proposto risulta essere idoneo e dotato di diversi accorgimenti pratici che lo rendono idoneo all'utilizzo.
4	Tempi di consegna	Tempi inferiori ai 30 giorni lavorativi previsti da capitolato: • Entro 20 gg.: P.ti 5 • Entro 10 gg.: P.ti 10	T	10				10	Il fornitore si impegna a consegnare entro 10gg dal ricevimento dell'ordine
5	Prestazioni/strumentazioni aggiuntive offerte	Saranno valutate eventuali prestazioni/strumentazioni aggiuntive migliorative	D	5	0.3	0.4	0.5	2	Viene proposto un sistema funzionale per il recupero dei contenitori inviati fuori regione
Totale				60					31.5 Totale punti assegnati

Data

13 Gennaio 2025

Letto, firmato e sottoscritto

Dr. Sacchi Marco

Ing. Locatelli Aldo

Ing. Zambroni Alex



